

Florianópolis, 27 de novembro de 2020.

Aos fornecedores licitantes,


Assunto: Esclarecimento 02


REF: PE 0466/20 Sesi


Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários para uso educacional em laboratórios, espaços de fabricação digital e oficinas que são, partes dos espaços criativos onde serão aplicados Itinerários do novo Ensino Médio, para atendimento das necessidades da Entidade Licitante, nas unidades do Sesi/SC, conforme condições e exigências deste Edital e seus anexos.


ESCLARECIMENTOS - RESPOSTAS

Respostas do tópico

 **Douglas Augusto Faria Júnior**

 DAF LABOR
EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIO EIRELI

 Publicar mensagem

 Bloquear mensagem

Esclarecimento item 13

Bom dia prezados,

Referente ao item 13 "Capela de Fluxo Laminar": por gentileza, informar quais devem ser as dimensões internas e externas do equipamento (definir LxAxP)

ENVIAR RESPOSTA

Título

RE: Esclarecimento item 13

Descrição

Prezado Fornecedor,

Seguem as dimensões referente ao Item 13 - Capela de Fluxo Laminar:

Externa 987x785x1430
Externa com base 987x785x2220
Área de trabalho interna 785x610x610

Atenciosamente,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO